

Szállítási Szerződés

amely létrejött egyrészről

Orosháza Város Önkormányzata

Székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Képviseli: Dr. Dancsó József polgármester
KSH száma: 15725510-8411-321-04
Adószáma: 15346315-2-04
Bankszámlaszáma: 11733041-15346315-00000000
Számlavezető pénzüintézete: OTP Bank Nyrt.
Kapcsolattartója: Oláh Viktor
Telefon: 68/413-022
Fax: 68/411-545
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Hun-M.E.D. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(rövidített elnevezése: **HUN-MED Kft.**)
Székhelye: 2040 Budaörs, Károly király út 39.
Képviseli: Gyurcsovics Péter, ügyvezető igazgató
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 13-09-117247
Adószáma: 10711426-2-13
Bankszámlaszáma: 11103107-10711426-01000003
Számlavezető pénzüintézete: CIB BANK Zrt.
Kapcsolattartója: Breznai András
mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Szerződő Felek jelen szerződés előzményeként rögzítik, hogy Megrendelő „Orosházi Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának korszerűsítése” című projektjét (azonosítószám: TIOP-2.2.2-08/2-2010-0002) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának Főigazgatója 2010. április 15-én kelt támogató levél szerint támogatásban részesítette. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján Megrendelő 90%-os vissza nem térítendő támogatásban részesül.

1.1. Szerződő felek előljáróban rögzítik, hogy Megrendelő 2011. június 16-án „Egészségügyi és informatikai eszközbeszerzés, az eszközök üzembehelyezése, valamint használatuk oktatása és betanítása az „Orosházi Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának korszerűsítése” című, TIOP 2.2.2-08/2-2010-0002 azonosító számú pályázatához” tárgyában közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011.06.18-án 2011/S 116-191696 iktatószámom, míg a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-14974/2011. hirdetémszámom jelent meg. Az eljárás eredményeként a teljesítést az I. rész tekintetében HUN-MED Kft. nyerte el.



1.2. Jelen szállítási szerződés alapján a Szállító köteles a szerződésben meghatározott termékeket a kikötött teljesítési határidőben a Megrendelőnek átadni, a Megrendelő pedig köteles a szerződésben részletezett termékeket átvenni és a termékek árát megfizetni, a jelen szállítási szerződés feltételei szerint.

2. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya:

- 1 db alátatógép,
- 2db betegellenőrző monitor,
- 1 db defibrillátor,
- 2db hordozható 12 csat. EKG képernyővel,
- 2db magas tudású infúziós pumpa,
- 1db magas tudású volumetrikus pumpa,
- 1 db műtőlámpa (mobil),
- 1db sebészeti vizsgálóasztal (gurulós, állítható magasságú),
- 1db transzport lélegeztető,
- 1db traumatológiai műtőasztal (komplett),
- 1db digitális, színes doppler ultrahangdiagnoszt. készülék.

szállítása, amely magában foglalja az üzembe helyezést, installálását, az üzemeltetéshez szükséges szaktanácsadást, betanítást, és a termékekhez tartozó műszaki dokumentációt, engedélyeket, minőségtanúsítást. Jelen szállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ajánlati dokumentációban, valamint Szállító ajánlatában részletezett teljesítési feltételek.

3. A szerződéses ár

3.1. A fentiekben meghatározott termékek egy összegű ára:

nettó 64.928.000,- Ft + 16.232.000,- Ft ÁFA, azaz bruttó 81.160.000,- Ft.

3.2. A fenti ár fix ár, és amelyet a szerződésben vállalt kötelezettségek határidőben, az előírt mennyiségben és minőségben történő teljesítésért fizet a Megrendelő. Megrendelő a szerződés teljesítése során semmilyen okból nem fogad el áremelési kezdeményezést.

3.3. A szerződéses ár tartalmazza a termék ellenértékét, a termék kezelésével, szállításával, rakodásával, a teljesítés helyén való átadásával kapcsolatos minden költséget, díjat, illetéket, vámot és adót, áfát, valamint a fuvarköltséget, és mindazt a költséget, amely a termék rendeltetésszerű használatát biztosítja, pl. a betanítás, installáció, a szükséges engedélyek, a kötelező ill. a vállalt garancia teljesítésének költségeit is.

4. Teljesítés helye, ideje, módja

4.1. A teljesítés helye: Orosháza Város Önkormányzat Kórháza 5900 Orosháza, Könd u. 59.

4.2. A teljesítés ideje: a szerződés aláírásától számított 30 napon belül.

4.3. A megjelölt határidő végső határidő, amely eredménytelen elteltével a Megrendelő választása szerint jogosult élni a 9. pontban írt jogkövetkezményekkel.

4.4. Szállító köteles a Megrendelőt a teljesítés idejéről legalább 10 nappal előbb értesíteni.

4.5. **A teljesítés módja:** Szállító a szállított terméket csomagolva a teljesítés helyén köteles átadni, a Megrendelő címére saját szállítóeszközén beszállítani. A szállított berendezést/műszert a használat helyén beszerezni, üzembe helyezni, installálni, a Megrendelő kezelőszemélyzetét a használatra betanítani.

Szállító a terméket a teljesítési helyen az átvételre feljogosított részére adhatja csak át.

4.6. Szállító akkor teljesít, ha a termék hiánytalan mennyiségi és minőségi átadásával együtt a felhasználáshoz szükséges okmányokat, műszaki dokumentációt, garancialevelet, tanúsítványokat, engedélyeket is átadja, valamint a berendezést, műszert üzembe helyezte és a kezelőszemélyzetet a használatra betanította.

5. Minőség, mennyiség meghatározása, minőségi, mennyiségi kifogásolás rendje

5.1. Felek a minőség és mennyiség tekintetében a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben rögzítettek szerint állapotodnak meg.

5.2. A minőségi megvizsgálás helye a Megrendelő címe, a mennyiségi és minőségi vizsgálatot az átvevőnek kell elvégeznie.

5.3. A Megrendelő/vagy az átvevő a mennyiségi ellenőrzés még el nem végzett részét, valamint a minőségi vizsgálatot köteles haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 8 napon belül megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni.

5.4. A Megrendelő vagy az átvevő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után a Szállítóval haladéktalanul közölni és egyben szavatossági igényét megjelölni köteles.

6. Garancia, jótállás

6.1. Szállító a termékért az átadás-átvétel napjától számítottan 24 havi jótállást vállal. Szállító a termék átadásakor köteles átadni az előírásoknak megfelelő garancialevelet, jótállási jegyet.

6.2. A garanciaidő alatti meghibásodás esetén a Szállító maximum 72 órán belül köteles a hiba javítását megkezdeni és 1 héten belül befejezni. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő jogosult a Szállító költségére mással elvégeztetni a javítást. Indokolt esetben Megrendelő írásbeli hozzájárulásával a javítási idő meghosszabbítható. Az 1 hetes javítási idő eredménytelen elteltével Megrendelő igénye esetén Szállító köteles cserekészüléket biztosítani Megrendelő részére. Amennyiben a Szállító ezen kötelezettségét nem teljesíti, a meghibásodott termék szerződés szerinti értékére számított 9. pontban írt késedelmi kötbért köteles fizetni.

6.3. Szállító szavatolja az általa szavatolt termék jogtisztaságát.

7. Fizetési feltételek:

7.1. Megrendelő a szerződéses árat Szállító számlájának a Kbt. 305.§-ának megfelelően banki átutalással teljesít. Szállító a számlája mellékleteként köteles csatolni a hiánytalan teljesítést igazoló szállítólevelet. Az átvételi okmány hiányában Megrendelő a számlát nem köteles mindaddig megfizetni, amíg Szállító azt nem pótolja.

7.2. Megrendelő jogosult a 9. pont szerint őt megillető kötbér összegét Szállító számlájából levonni, azt a csökkentett összegben kifizetni.

7.3. Megrendelő a 4/2011.(I.28.) Korm. Rendelet, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII tv. (Art.) 36/A. §-ára tekintettel teljesíti a kifizetést.

7.4. Amennyiben Megrendelő az ellenérték kifizetésével késedelembe esik, késedelmi kamatot köteles Szállítónak fizetni, melynek mértéke a Ptk. 301/A §-a (2) bekezdése szerinti összeg. A Megrendelő által igazolt és szerződésszerű teljesítés esetén, a jelen szerződésben meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét követően, a Szállító a Megrendelő által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő bankszámlája terhére. A Megrendelő jelen nyilatkozattal a beszedési megbízás benyújtásához hozzájárul.

8. Szerződő felek képviselői kapcsolattartás

8.1. Megrendelő részéről:

A szerződéssel kapcsolatos kérdésekben: Dr. Dancsó József, polgármester

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., tel.: 68/413-022

Pénzügyi teljesítéssel kapcsolatban: Gabnai Andrea, költségvetési csoportvezető

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., tel.: 68/413-022

Átvétellel kapcsolatban: Oláh Viktor, pályázati csoportvezető

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., tel.: 68/413-022

8.2. Szállító részéről:

A szerződéssel kapcsolatos kérdésekben: Gyurcsovics Péter, ügyvezető igazgató

2040 Budaörs, Károly király út 39.,tel.:23/500-356

Pénzügyi teljesítéssel kapcsolatban: Kövessy Imréné, pénzügyi referens

2040 Budaörs, Károly király út 39.,tel.:23/444-993

Áruátadással kapcsolatban: Breznai András, sales manager

2040 Budaörs, Károly király út 39.,tel.:23/500-356

9. Szerződésszegés

9.1. Szállító szerződésszegést követ el, ha késedelmesen, vagy hibásan teljesít.

9.2. Késedelmes teljesítés esetén Szállító a késedelem idejére napi 1% mértékű, de maximum 30% mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni, amelyet Megrendelő a számlából jogosult visszatartani. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállított termék nettó szerződéses ára. Szállító hibás teljesítés esetén a hibás terméket 30 napon belül köteles kijavítani, vagy kicserélni, amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Hibás teljesítésnek minősül a termék magyar nyelvű használati utasításának, műszaki dokumentációjának, garancialevelének hiánya is.

9.3. A szerződésben vállalt határidő 30 nappal történő túllépése, vagy hibás teljesítése esetén, ha a hiba kijavítása a 30 napot meghaladja a Megrendelő választása szerint jogosult a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses ár



20%-a. Megrendelő a kötbér érvényesítésén túlmenően követelheti a szerződésszegés miatt keletkezett kárát is.

9.4. Megrendelő szerződésszegést követ el, ha fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.

9.5. Mentesül a Szállító a késedelem alól, ha az vis major (valamely természeti katasztrófa, egész országot érintő sztrájk) vagy a Megrendelő olyan tevékenysége, mulasztása eredménye, amely a Szállító szerződésszerű teljesítését akadályozza.

9.6. Szállító köteles a valós akadályról (annak bekövetkeztéről, okáról, valószínűsíthető utalásról) Megrendelőt nyomban írásban értesíteni, és az akadállyal nem érintett teljesítését az ésszerű gazdálkodás keretein belül folytatni.

9.7. Megrendelő értesítése, illetve az ok valódiságának hiányában a Szállító mentességre nem hivatkozhat.

10. A szerződés módosítása

Jelen szerződést szerződő felek csak a Kbt. 303.§-ának megfelelően, írásban módosíthatják.

11. Eljárás a Szállító fizetése képtelensége esetén

Abban az esetben, ha a Szállító fizetése képtelenné válik, vagy adó és egyéb köztartozása keletkezik, Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben Szállító csak a Megrendelő által igazoltan átvett határidőben és kifogástalan minőségben teljesített leszállított termék szerződéses árára tarthat igényt, ezt meghaladóan kárigényt nem érvényesíthet.

12. Egyéb kikötések

12.1. Amennyiben a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projektársaságot hoznak létre, akkor a Kbt. 304./A §-ban foglalt rendelkezéseket magára (magukra) nézve kötelezőnek fogadják el.

12.2. Szerződő felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat, értesítéseiket írásban, ajánlott levélben, telefax, vagy távirat útján kötelesek megtenni.

12.3. Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egymás közötti békés tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a tárgyalásaik - azok megkezdésétől számított 30 napon belül - nem vezetnének eredményre, felek vitájuk eldöntésére alávetik magukat az Orosházi Városi Bíróság illetékességének.


12.4. Jelen szerződés kizárólag az mellékletivel együtt érvényes.


12.5. A jelen szerződés eiválaszthatatlan részét képezi a feladat ellátásával kapcsolatban a Megrendelő által kiírt közbeszerzési eljárás során KÉ-14974/2011 hirdetémszámom megjelent ajánlati felhívás, az ezzel kapcsolatosan kiadott ajánlati dokumentáció, és a feladat teljesítésére benyújtott ajánlat tartalma (1. számú melléklet).


12.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szállítási szerződésre vonatkozó szabályai, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.


12.7. Jelen szerződés öt, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet szerződő felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírtak.

Orosháza, 2011. szeptember 12.


Megrendelő





Szállító



HUN-M.E.D. Kft.
11-2040 Budapesten, Károly király út 10
Telef: (21) 500 156 Fax: (21) 109 1 1

Ellenjegyzem

Orosháza, 2011. 09. 12.


aláírás

1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve:

HUN-MED Kft.

Székhelye, posta címe *(közös ajánlattevők esetén ajánlattevőnként külön-külön megadva)*:

2040 Budaörs, Károly király út 39.

Ajánlattevő telefonszáma *(közös ajánlattevők esetén ajánlattevőnként külön-külön megadva)*: 06-23-500-356

Ajánlattevő faxszáma *(közös ajánlattevők esetén ajánlattevőnként külön-külön megadva)*:
06-23-500-357

A jelen közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy neve, közvetlen elérhetőségei:

Breznai András, mobil: 06-30-740-4477

Közös ajánlattétel esetén a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevőt képviselő tag megnevezése: --

Ajánlatot teszünk:

I. részre

Ajánlatunk:**I. részajánlat vonatkozásában:**

1. Ajánlati ár: nettó 64.928.000,-Ft + 16.232.000,-Ft ÁFA, azaz bruttó 81.160.000,-Ft.
2. Eszközök, műszerek felszereltsége és 3. Eszközök, műszerek műszaki adatai

BÍRALATI RÉSZSZEMPONTOK ÉS ALSZEMPONTOK	SÚLYSZÁM	AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA
2. Eszközök, műszerek felszereltsége	17,1	Igen/Nem
2.1 I. rész altató munkaállomás esetén egyszer használatos szódatartály használatának lehetősége (megléte előny)	0,5	Igen
2.2. I. rész altató munkaállomás esetén elektromos meghajtás (meghajtógázt nem igényel a működtetés) (megléte előny)	1,0	Igen
2.3. I. rész altató munkaállomás esetén környezeti levegő használata lélegeztetéshez vész esetén (megléte előny)	0,5	Igen
2.4. I. rész altató munkaállomás esetén fűthető légzőkör bővítési lehetőség (megléte előny)	0,5	Igen
2.5. I. rész altató munkaállomás esetén digitális és hagyományos csöves rotaméter egyidejű megléte (megléte előny)	1,0	Igen
2.6. I. rész altató munkaállomás esetén dinamikus compliance kompenzáció (megléte előny)	0,5	Igen
2.7. I. rész betegellenőrző monitor esetén teljes érintőképernyős kezelőfelület (megléte előny)	0,8	Igen
2.8. I. rész betegellenőrző monitor esetén ST térkép megléte (megléte előny)	1,0	Igen
2.9. I. rész betegellenőrző monitor esetén horizontális trend megléte (megléte előny)	1,0	Igen
2.10. I. rész defibrillátor esetén SMART bifázis hullámforma megléte (megléte előny)	1,0	Igen
2.11. I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén magyar nyelvű szoftver (megléte előny)	0,4	Igen
2.12. I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén R-R analízis (megléte előny)	0,4	Igen
2.13. I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén riportok PDF formátumú exportja (megléte előny)	0,4	Igen
2.14. I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén EKG rendszerbe köthető (megléte előny)	0,4	Igen
2.15. I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén munkafolyamat-lista letölthető (megléte előny)	0,4	Igen
2.16. I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén digitális pácienskábel megléte (megléte előny)	0,4	Igen
2.17. I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén kiértékelő program (interpret) megléte (megléte előny)	0,4	Igen
2.18. I. rész magas tudású infúziós pumpa esetén	0,5	Igen, Automatikus

fecskendőszár befogás módja manuális vagy automatikus (automatikus előny)		(standard beállításban)
2.19. I. rész magas tudású volumetrikus pumpa esetén alfanumerikus kijelző, magyar szöveges kijelzéssel (megléte előny)	0,5	Igen
2.20. I. rész magas tudású volumetrikus pumpa esetén beadandó volumen és beadási idő programozható (megléte előny)	0,5	Igen
2.21. I. rész magas tudású volumetrikus pumpa esetén nyomásérzékelés az infúziós palackhoz vezető szerelékágban (megléte előny)	0,5	Igen
2.22. I. rész magas tudású volumetrikus pumpa esetén automatikus biztonsági szerelékélezárás (megléte előny)	0,5	Igen
2.23. I. rész transzport lélegeztető esetén asszisztált lélegeztetési mód lehetősége (megléte előny)	1,0	Igen
2.24. I. rész transzport lélegeztető esetén nyomástámogatás lehetősége (megléte előny)	1,0	Igen
2.25. I. rész transzport lélegeztető esetén non-invazív lélegeztetési mód lehetősége (megléte előny)	1,0	Igen
2.26. I. rész doppler ultrahangdiagnoszt. készülék esetén live compare mode megléte (megléte előny)	1,0	Igen
3. Eszközök, műszerek műszaki adatai	12	Konkrét érték
3.1. I. rész betegellenőrző monitor esetén készülékbe integrált akkumulátor üzem időtartama percben megadva (újrátöltés és csere nélkül) (magasabb üzemidőtartam előny)	0,5	300 perc
3.2. I. rész betegellenőrző monitor esetén a 12 elvezetéses EKG monitorozáshoz felhelyezhető elektródák száma (kevesebb előny)	1,0	5 elektróda
3.3. I. rész defibrillátor esetén energialepcsők száma (több előny)	1,0	2,3,5,7,10,20,30,50,70,100,150,200J
3.4. I. rész defibrillátor esetén feltöltési idő 200J-ra hálózati táplálás esetén (kevesebb előny)	1,0	3 sec
3.5. I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén működési időtartam teleppel min. 50 EKG felvétel (több a jobb)(4.5. bírálati alszempon)	0,4	Igen, 200 EKG felvétel
3.6. I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén mintavételezési gyakoriság pacemaker analízishez (több előny)	0,4	Igen, 40000 minta/mp/csatorna
3.7 I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén EKG tárolása (vizsgálatok száma db-ban, több előny)	0,4	Igen, 200 db
3.8 I. rész magas tudású infúziós pumpa esetén 10ml alatti alkalmazható fecskendők átmérője (minél több méret, annál jobb)	0,5	3 féle: 2/3 5 ml-es fecskendők

3.9 I. rész magas tudású infúziós pumpa esetén mikro üzemmódba (0,1-99,99 ml/h tartományban) az állítás lépésköze (ml/h) (kevesebb előny)	0,5	0,01 ml/h
3.10. I. rész magas tudású infúziós pumpa esetén az állítás (KVO) fokozatainak száma (több előny)	0,5	300
3.11. I. rész magas tudású infúziós pumpa esetén a maximálisan tárolható gyógyszernevek száma (több előny)	0,5	1 500 db
3.12. I. rész magas tudású infúziós pumpa esetén a súly (kevesebb előny)	0,5	1,4 kg
3.13. I. rész magas tudású volumetrikus pumpa esetén a maximálisan tárolható gyógyszernevek száma (több előny)	0,5	1 500 db
3.14. I. rész magas tudású volumetrikus pumpa esetén mikro üzemmódban (0,1-99,99 ml/h tartományban) az állítás lépésköze: (ml/h) (kevesebb előny)	0,5	0,01 ml/h
3.15. I. rész magas tudású volumetrikus pumpa esetén az állítás (KVO) fokozatainak száma (több előny)	0,5	300
3.16. I. rész magas tudású volumetrikus pumpa esetén légbuborék érzékelés beállítható riasztási tartomány terjedelme (minél érzékenyebb a műszer (minél szélesebb a tartomány), annál jobb)	0,5	Igen, buborék méretre és ösztérfogatra is. Buborék méretre: 0,02-0,3 ml riasztási tartományban, technikai érzékenység: 0,01 ml Buborék ösztérfogat: 0,5-3,8 ml között állítható, érzékenység: 0,01 ml (ekkora méretű buborékoktól számol)
3.17. I. rész doppler ultrahangdiagnoszt. készülék esetén LGC sáv állítások száma manuális potenciométerekkel (több előny)	1,0	Igen, 2 db
3.18. I. rész doppler ultrahangdiagnoszt. készülék esetén digitális adatfeldolgozó csatornák száma min. 7168 (több előny)	1,0	Igen, 18 432
3.19. I. rész doppler ultrahangdiagnoszt. készülék esetén képátló mérete min 19''(előny, ha nagyobb)	0,4	Igen, 20''
3.20. I. rész doppler ultrahangdiagnoszt. készülék esetén B-mód maximális frame rate, min. 750 kép/sec. (előny ha több)	0,4	Igen, 1060 kép/sec

Budaörs, 2011. július 29.

Gyurcsovics Péter
igazgató
11-2040 Budaörs, Kábelv. közp. utca
Tel: (23) 760 156 - Fax: (23) 500 357

[Handwritten signature]

9

1. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐ TELJESSÉGI NYILATKOZATA *

Miután áttanulmányoztuk az ajánlati felhívást és ajánlati dokumentációt, melyeknek átvételét ezennel igazoljuk, alulírottak ajánlatot teszünk Orosháza Város Önkormányzata által „*az Orosházi Kórház – Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának korszerűsítéséhez megvalósítandó egészségügyi és informatikai eszközbeszerzések (TIOP 2.2.2-08/2-2010-0002 pályázat)*” tárgyban meghirdetett közbeszerzési eljárás I. részére.

Ajánlattevő neve: HUN-MED Kft.

Címe: 2040 Budaörs, Károly király út 39.

(közös ajánlattétel esetén az összes ajánlattevő adatait szükséges megadni)

I. rész vonatkozásában:

1. Ajánlati ár: nettó 64.928.000,-Ft + 16.232.000,-Ft ÁFA, azaz bruttó 81.160.000,-Ft.

TERMÉKLEÍRÉS	MENNYISÉG	NETTÓ ÁR	ÁFA (23%)	BRUTTÓ ÁR
Altató munkaállomás	1	11.200.000,-	11.200.000,-	14.000.000,-
Betegellenőrző monitor	2	2.800.000,-	5.600.000,-	7.000.000,-
Defibrillátor	1	1.728.000,-	1.728.000,-	2.160.000,-
Hordozható EKG készülék 12 csat. képernyővel	2	1.440.000,-	2.880.000,-	3.600.000,-
Magas tudású infúziós pumpa	2	400.000,-	800.000,-	1.000.000,-
Hordozható műtőlámpa	1	1.680.000,-	1.680.000,-	2.100.000,-
Magas tudású volumetrikus pumpa	1	640.000,-	640.000,-	800.000,-
Sebészeti vizsgálóasztal	1	1.600.000,-	1.600.000,-	2.000.000,-
Transzport lélegeztetőgép	1	2.800.000,-	2.800.000,-	3.500.000,-
Traumatológiai műtőasztal	1	12.000.000,-	12.000.000,-	15.000.000,-
Ultrahang készülék általános diagnosztikára	1	24.000.000,-	24.000.000,-	30.000.000,-
MINDÖSSZESEN	-	-	64.928.000,-	81.160.000,-

97

2. Eszközök, műszerek felszereltsége és 3. Eszközök, műszerek műszaki adatai

BÍRÁLATI RÉSZSZEMPONTOK ÉS ÁT SZEMPONTOK	SÚLYSZÁM	AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA
2. Eszközök, műszerek felszereltsége	17,1	Igen/Nem
2.1 I. rész altató munkaállomás esetén egyszer használatos szódatartály használatának lehetősége (megléte előny)	0,5	Igen
2.2. I. rész altató munkaállomás esetén elektromos meghajtás (meghajtógázt nem igényel a működtetés) (megléte előny)	1,0	Igen
2.3. I. rész altató munkaállomás esetén környezeti levegő használata lélegeztetéshez vész esetén (megléte előny)	0,5	Igen
2.4. I. rész altató munkaállomás esetén fűthető légzőkör bővítési lehetőség (megléte előny)	0,5	Igen
2.5. I. rész altató munkaállomás esetén digitális és hagyományos csöves rotaméter egyidejű megléte (megléte előny)	1,0	Igen
2.6. I. rész altató munkaállomás esetén dinamikus compliance kompenzáció (megléte előny)	0,5	Igen
2.7. I. rész betegellenőrző monitor esetén teljes érintőképernyős kezelőfelület (megléte előny)	0,8	Igen
2.8. I. rész betegellenőrző monitor esetén ST térkép megléte (megléte előny)	1,0	Igen
2.9. I. rész betegellenőrző monitor esetén horizontális trend megléte (megléte előny)	1,0	Igen
2.10. I. rész defibrillátor esetén SMART bifázis hullámforma megléte (megléte előny)	1,0	Igen
2.11. I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén magyar nyelvű szoftver (megléte előny)	0,4	Igen
2.12. I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén R-R analízis (megléte előny)	0,4	Igen
2.13. I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén riportok PDF formátumú exportja (megléte előny)	0,4	Igen
2.14. I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén EKG rendszerbe köthető (megléte előny)	0,4	Igen
2.15. I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén munkafolyamat-lista letölthető (megléte előny)	0,4	Igen
2.16. I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén digitális pácienskábel megléte (megléte előny)	0,4	Igen
2.17. I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén kiértékelő program (interpret) megléte (megléte előny)	0,4	Igen
2.18. I. rész magas tudású infúziós pumpa esetén fecskendőszár befogás módja manuális vagy automatikus (automatikus előny)	0,5	Igen, Automatikus (standard beállításban)
2.19. I. rész magas tudású volumetrikus pumpa esetén	0,5	Igen

alfanumerikus kijelző, magyar szöveges kijelzéssel (megléte előny)		
2.20. I. rész magas tudású volumetrikus pumpa esetén beadandó volumen és beadási idő programozható (megléte előny)	0,5	Igen
2.21. I. rész magas tudású volumetrikus pumpa esetén nyomásérzékelés az infúziós palackhoz vezető szerelékágban (megléte előny)	0,5	Igen
2.22. I. rész magas tudású volumetrikus pumpa esetén automatikus biztonsági szerelékélezárás (megléte előny)	0,5	Igen
2.23. I. rész transzport lélegeztető esetén asszisztált lélegeztetési mód lehetősége (megléte előny)	1,0	Igen
2.24. I. rész transzport lélegeztető esetén nyomástámogatás lehetősége (megléte előny)	1,0	Igen
2.25. I. rész transzport lélegeztető esetén non-invazív lélegeztetési mód lehetősége (megléte előny)	1,0	Igen
2.26. I. rész doppler ultrahangdiagnoszt. készülék esetén live compare mode megléte (megléte előny)	1,0	Igen
3. Eszközök, műszerek műszaki adatai	12	Konkrét érték
3.1. I. rész betegellenőrző monitor esetén készülékbe integrált akkumulátor üzem időtartama percben megadva (újrátöltés és csere nélkül) (magasabb üzemidőtartam előny)	0,5	300 perc
3.2. I. rész betegellenőrző monitor esetén a 12 elvezetési EKG monitorozáshoz felhelyezhető elektródák száma (kevesebb előny)	1,0	5 elektróda
3.3. I. rész defibrillátor esetén energialepcsők száma (több előny)	1,0	2,3,5,7,10,20,30,50,70,100,150,200J
3.4. I. rész defibrillátor esetén feltöltési idő 200J-ra hálózati táplálás esetén (kevesebb előny)	1,0	3 sec
3.5. I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén működési időtartam teleppel min. 50 EKG felvétel (több a jobb)(4.5. bírálati alszempon)	0,4	Igen, 200 EKG felvétel
3.6. I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén mintavételezési gyakoriság pacemaker analízishez (több előny)	0,4	Igen, 40000 minta/mp/csatorna
3.7. I. rész hordozható 12 csatlakozós EKG képernyővel esetén EKG tárolása (vizsgálatok száma db-ban, több előny)	0,4	Igen, 200 db
3.8. I. rész magas tudású infúziós pumpa esetén 10ml alatti alkalmazható fecskendők átmérője (minél több méret, annál jobb)	0,5	3 féle: 2/3 5 ml-es fecskendők
3.9. I. rész magas tudású infúziós pumpa esetén mikro üzemmódba (0,1-99,99 ml/h tartományban) az állítás lépésköze (ml/h) (kevesebb előny)	0,5	0,01 ml/h
3.10. I. rész magas tudású infúziós pumpa esetén az állítás (KVO) fokozatainak száma (több előny)	0,5	300
3.11. I. rész magas tudású infúziós pumpa esetén a maximálisan tárolható gyógyszernevek száma (több előny)	0,5	1 500 db
3.12. I. rész magas tudású infúziós pumpa esetén a súly (kevesebb előny)	0,5	1,4 kg


3.13. I. rész magas tudású volumetrikus pumpa esetén a maximálisan tárolható gyógyszernevek száma (több előny)	0,5	1 500 db
3.14. I. rész magas tudású volumetrikus pumpa esetén mikro üzemmódban (0,1-99,99 ml/h tartományban) az állítás lépésköze: (ml/h) (kevesebb előny)	0,5	0,01 ml/h
3.15. I. rész magas tudású volumetrikus pumpa esetén az állítás (KVO) fokozatainak száma (több előny)	0,5	300
3.16. I. rész magas tudású volumetrikus pumpa esetén légbuborék érzékelés beállítható riasztási tartomány terjedelme (minél érzékenyebb a műszer (minél szélesebb a tartomány), annál jobb)	0,5	Igen, buborék méretre és össztérfogatra is. Buborék méretre: 0,02-0,3 ml riasztási tartományban, technikai érzékenység: 0,01 ml Buborék össztérfogat: 0,5-3,8 ml között állítható, érzékenység: 0,01 ml (ekkor méretű buborékoktól számol)
3.17. I. rész doppler ultrahangdiagnoszt. készülék esetén LGC sáv állítások száma manuális potenciométerekkel (több előny)	1,0	Igen, 2 db
3.18. I. rész doppler ultrahangdiagnoszt. készülék esetén digitális adatfeldolgozó csatornák száma min. 7168 (több előny)	1,0	Igen, 18 432
3.19. I. rész doppler ultrahangdiagnoszt. készülék esetén képátló mérete min 19''(előny, ha nagyobb)	0,4	Igen, 20''
3.20. I. rész doppler ultrahangdiagnoszt. készülék esetén B-mód maximális frame rate, min. 750 kép/sec. (előny ha több)	0,4	Igen, 1060 kép/sec

Jelen nyilatkozatunkkal **igazoljuk**, hogy az ajánlati felhívásban közzétett feltételeket teljes egészében elfogadjuk és azt, az ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk az egyértelmű ajánlat elkészítéséhez. Vállaljuk, hogy nyertességünk esetén az Ajánlatkérővel a szerződést megkötjük és az abban foglalt feltételeknek megfelelően azt teljesítjük.

Kijelentjük, hogy a tárgyban meghirdetett közbeszerzési eljárásban nem teszünk közös ajánlatot egyetlen más ajánlattevővel sem, illetve az eljárásban más ajánlattevő – a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként, vagy erőforrást nyújtó szervezeteként sem veszünk részt.

Nyilatkozatunkkal **vállaljuk** továbbá – részenként - az ajánlattételi határidő lejártától kezdődő 60 napos ajánlati kötöttséget.

Budaörs, 2011. július 29.


Győröcsöcsics Péter
üzvezető igazgató



6. számú melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 71. § (1) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN

Alulírott Gyurcsovics Péter ügyvezető igazgató, a HUN-MED Kft. (2040 Budaörs, Károly király út 39.) ajánlattevő képviselőjében a „Orosháza Város Önkormányzata által az Orosházi Kórház – Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának korszerűsítéséhez megvalósítandó egészségügyi és informatikai eszközbeszerzések (TIOP 2.2.2-08/2-2010-0002 pályázat)” tárgyban meghirdetett közbeszerzési eljárás I. része vonatkozásában az alábbiak szerint nyilatkozunk:

1. [71. § (1) a)]

a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe kívánunk venni / nem kívánunk igénybe venni:

2. [71. § (1) b)]




a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)at kívánunk igénybe venni / nem kívánunk igénybe venni, valamint a közbeszerzésnek az a része (részei) és százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

MED & TRADE Kft. (6726 Szeged, Vércse u. 5.)	betegellenőrző monitorok, defibrillátor, magas tudású infúziós pumpák, magas tudású volumetrikus pumpa szállítása, üzembe helyezése, cserekészülék biztosítása, szervizelése	13,5 %

Dräger Medical Magyarország Kft. (1135 Budapest, Szent László út 95.)	altató munkaállomás, hordozható műtőlámpa, transzport lélegeztető gép szállítása, üzembe helyezése, cserekészülék biztosítása, szervizelése	24,15 %

3. [71. § (1) c)]



A közbeszerzési eljárás során erőforrást nyújtó szervezetet **be kívánunk vonni / nem kívánunk bevonni**, valamint annak megjelölése (az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának feltüntetésével), hogy mely alkalmassági minimum követelmény igazolása érdekében támaszkodik ezen szervezet erőforrására (is)


4. [71. § (1) d)]


(Ezt a pontot kizárólag abban az esetben szükséges kitölteni, ha az ajánlattevő valamely alkalmassági feltételnek a 10%-ot nem meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozójával együtt kíván megfelelni!)

A 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó neve, címe

Budaörs, 2011. július 29.


Gyurcsovics Péter
igyevezető igazgató



HUN-M.E.D. Kft.
H-2040 Budaörs, Károly király út 99
Tel: (23) 500 536 • Fax: (23) 500 117

